



Gabinet ALKU-MED NZOZ
Gabinet Diagnostyczny - Zabiegowy
ul. Kosynierów Gdyńskich 3, 86-300 Grudziądz
DNW/NL: 000000283985 | REGON: 34163662700020
asż Chelminiak Ratownictwo Medyczne
i Usługi Pielęgniarskie
Goryń 7/4, 87-214 Płużnica
VIP: 8781789215 | REGON: 341636627
el: +48 695 179 659 | www.alku-med.pl

PROTOKÓŁ ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI BIOLOGICZNEJ SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Placówka zlecająca badanie (pieczętka)	Łukasz Chelminiak Ratownictwo Medyczne i Usługi Pielęgniarskie Goryń 7/4, 87-214 Płużnica NIP: 8781789215 Gabinet ALKU-MED NZOZ ul. Kosynierów Gdyńskich 3, 86-300 Grudziądz REGON: 34163662700020 RPWDL: 000000283985 (W-04)		
Typ i nr seryjny aparatu	PRESURE STEAM STERILIZER 120048635	Rok produkcji aparatu	2025
Rodzaj sterylizowanych materiałów/narzędzi	zestawy zabiegowe wielorazowe, materiały eksploatacyjne do zabiegów wykonane z materiałów odpornych na sterylizację ciśnieniowo - parową		
Rodzaj testu *właściwy podkreślić	<u>Sporal A</u> Sporal S inny *		
Parametry procesu sterylizacji	Temperatura	135,6	
	Ciśnienie	2,17	
	Czas	35	
Rozmieszczenie testów	Góra	Nr	261973149 1
	Środek	Nr	—
	Dół	Nr	261973149 2
Test kontrolny *właściwy podkreślić	<u>Tak</u> Nie	Nr	—
Data sterylizacji	2025 -09- 1 0	Godzina sterylizacji	9:43

mgr piel. Łukasz Chelminiak
spec. piel. anestezjologicznego i intensywniejszej opieki
spec. piel. ratownictwa medycznego i traumatologii
Imię, nazwisko, stanowisko osoby wykonującej sterylizację

WYNIK BADANIA LABORATORYJNEGO NR

(Wypełnia Laboratorium)

Data/godzina przyjęcia testu do badania	2025 -09- 1 1	
Data zakończenia badania	2025 -09- 1 2	
Sporotest	Nr 281543666	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych*
	Nr 281487337	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych
	Nr —	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych
Test kontrolny	Nr —	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych
ORZECZENIE:	Proces sterylizacji skuteczny / nieskuteczny*	

* niewłaściwe skreślić

mgr AGNIESZKA GOZDZON
08.03.14
Osoba autoryzująca wynik badania
specjalista laboratoryjny
medycznej