



PROTOKÓŁ ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI BIOLOGICZNEJ SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Placówka zlecająca badanie (pieczętka)	Łukasz Chełminiak Ratownictwo Medyczne i Usługi Pielęgniarskie Goryń 7/4, 87-214 Płużnica NIP: 8781789215 Gabinet ALKU-MED NZOZ ul. Kosynierów Gdyńskich 3, 86-300 Grudziądz REGON: 34163662700020 RPWDL: 000000283985 (W-04)		
Typ i nr seryjny aparatu	PRESURE STEAM STERYLIZER 120048635	Rok produkcji aparatu	2025
Rodzaj sterylizowanych materiałów/narzędzi	zestawy zabiegowe wielorazowe, materiały eksploatacyjne do zabiegów wykonane z materiałów odpornych na sterylizację ciśnieniową - parową		
Rodzaj testu *właściwy podkreślić	<u>Sporal A</u> Sporal S inny *		
Parametry procesu sterylizacji	Temperatura	135.9 st. C	
	Ciśnienie	220 mPa	
	Czas	37 minut	
Rozmieszczenie testów	Góra	SPORAL A	Nr 2815749451
	Środek		Nr
	Dół	SPORAL A	Nr 2815749452
Test kontrolny *właściwy podkreślić	Tak Nie *		Nr
Data sterylizacji	10.12.2025	Godzina sterylizacji	08:58

mgr piel. Łukasz Chełminiak

.....
Imię, nazwisko, stanowisko osoby wykonującej sterylizację

WYNIK BADANIA LABORATORYJNEGO NR
(Wypełnia Laboratorium)

Data/godzina przyjęcia testu do badania	2025-12-11	
Data zakończenia badania	2025-12-12	
Sporotest	Nr 281555215	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych*
	Nr	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych
	Nr 281555260	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych
Test kontrolny	Nr	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych
ORZECZENIE:	Proces sterylizacji skuteczny / nieskuteczny* w 160 C	

* niewłaściwe skreślić

2025-12-12

mgr MARZENA STRYŻ...
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
Osoba autoryzująca wyniki badania