



④ RATOW



Laboratorium Medyczne Synevo Gdańsk
Pracownia Mikrobiologii i Mykologii
80-126 Gdańsk, ul. Flekamicza 16c
tel. 603 940 626

PROTOKÓŁ ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI BIOLOGICZNEJ SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Placówka zlecająca badanie (pieczętka)	<p>Porozumienie</p> <p>Kasz Chelminiak Ratownictwo Medyczne i Usługi Pielęgniarskie Goryń 7/4, 87-214 Płużnica NIP: 8781789215, REGON: 341636627</p>			 261973121
Typ i nr seryjny aparatu	PRESURE STEAM STERILIZER 120048635	Rok produkcji aparatu	2025	
Rodzaj sterylizowanych materiałów/narzędzi	Zestawy zabiegowe wielorazowe			
Rodzaj testu *właściwy podkreślić	Sporal A Sporal S inny: *			
Parametry procesu sterylizacji	Temperatura	136,2		
	Ciśnienie	2,2 bar		
	Czas	34		
Rozmieszczenie testów	Góra	Nr	2619731212	
	Środek	Nr	-	
	Dół	Nr	2619731213	
Test kontrolny *właściwy podkreślić	Tak Nie *	Nr	2619731214	
Data sterylizacji	12.02.2025	Godzina sterylizacji		

2025 -02- 12
 mgr piel. Łukasz Chelminiak
 spec. piel. anestezyjnego i ratowniczo-życiowego
 spec. piel. rodzinnego
 Imię, nazwisko, stanowisko osoby wykonującej sterylizację

WYNIK BADANIA LABORATORYJNEGO NR
 (Wypełnia Laboratorium)

Data/godzina przyjęcia testu do badania	2025 -02- 14		
Data zakończenia badania	15. 02. 2025		
Sporotest	Nr 281382240	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych* } po 24h	
	Nr 28138238	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych	
	Nr	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych	
Test kontrolny	Nr 261973121	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych } po 24 h.	
ORZECZENIE:	Proces sterylizacji skuteczny / nieskuteczny*		

* niewłaściwe skreślić

00014 mgr AGNIESZKA GOZDZON
 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
 specjalista Mikrobiologii
 medycznej

Osoba autoryzująca wynik badania