

1T RATO

SYNEVO TOR



VO

SYNEVO TOR



SYNEVO BYDG

E26



TOKUN

PROTOKÓŁ ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI BIOLOGICZNEJ SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Placówka zlecająca badanie (pieczęćka)	Łukasz Chelminiak Ratownictwo Medyczne i Usługi Pielęgniarskie Goryń 7/4, 87-214 Płużnica I NIP: 8781789215 Gabinet ALKU-MED NZO ul. Kosynierów Gdyrskich 3, 86-300 Grudziądz REGON: 34163662700020 I RPWDL: 000000283985 (W-04)		
Typ i nr seryjny aparatu	PRESURE STEAM STERYLIZER 120048635	Rok produkcji aparatu	2025
Rodzaj sterylizowanych materiałów/narzędzi	zestawy zabiegowe wielorazowe, materiały eksploatacyjne do zabiegów wykonane z materiałów odpornych na sterylizację ciśnieniowo - parową		
Rodzaj testu *właściwy podkreślić	<u>Sporal A</u> Sporal S inny:*		
Parametry procesu sterylizacji	Temperatura	135,78	
	Ciśnienie	217	
	Czas	36	
Rozmieszczenie testów	Góra	Nr	261973136 2
	Środek	Nr	-
	Dół	Nr	261973136 3
Test kontrolny *właściwy podkreślić	Tak Nie*	Nr	261973136 4
Data sterylizacji	2025 -05- 19	Godzina sterylizacji	8:23

mgr piel. Łukasz Chelminiak

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i intensywnego opieki

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i intensywnego opieki

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa i intensywnego opieki

Imię, nazwisko, stanowisko osoby wykonującej sterylizację

390455

WYNIK BADANIA LABORATORYJNEGO NR

(Wypełnia Laboratorium)

Data/godzina przyjęcia testu do badania	2025 -05- 20		
Data zakończenia badania	2025 -05- 21		
Sporotest	Nr 281425835	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych*	p 2024
	Nr -	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych	
	Nr 281425831	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych	
Test kontrolny	Nr 261973136	Brak wzrostu / wzrost bakterii testowych	p 2024
ORZECZENIE:	Proces sterylizacji skuteczny / nieskuteczny* w temp 135°C		

* niewłaściwe skreślić

mgr MARIANA STRYŻ
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
Specjalista w dziedzinie mikrobiologii klinicznej

2025 -05- 21